

ZDW.NT-5318/63/2016

Olsztyn dn. 26.07.2016 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: „Dostawa łaźni piknometrycznej oraz uniwersalnej prasy CBR/Marshalla 2 kolumnowej” - znak sprawy ZDW/208/NT/8/2016.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przesyła odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące zamówienia jw.:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje wyjście LAN (Ethernet) w prasie uniwersalnej zamiast wyjścia RS 232? Połączenie LAN jest nowocześniejszym i szybszym rozwiązaniem, pozwalającym na lepszej jakości komunikację z komputerem.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zastosowanie wyjścia typu LAN w prasie uniwersalnej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje oprogramowanie badawcze posiadające dedykowane moduły do badań CBR, Marshall'a i rozciągania pośredniego oraz dodatkowy uniwersalny moduł pozwalający na badanie Leutnera i gruntocementu (stabilizacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozdzielanie oprogramowania do w/w badań.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do przeprowadzania badań wytrzymałościowych na ściskanie próbek stabilizowanych spełniał ściśle poniższe wymagania normy PN-EN 13286-41:2005:

- płyty dociskowe o twardości powierzchni minimum 55 HRC, utwardzana na głębokość minimum 5mm?
- płyty dociskowe o płaskości 0,03mm lub lepszej?
- łożysko kulowe zapobiegające odkształceniu płyt dociskowych powyżej 0,03mm wymaganego przez normę?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zestaw do przeprowadzania badań wytrzymałościowych na ściskanie próbek stabilizowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 13286-41:2005.

opracował: Bartłomiej Zduńczyk
☎ (089) 526-19-47
bartlomiej.zdunczyk@zdw.olsztyn.pl

NACZELNIK
WYDZIAŁU TECHNOLOGII

Bartłomiej Zduńczyk